

Datos técnicos

Bomba de prueba de baja presión Fluke 700LTP-1



Características principales

- La bomba puede limpiarse fácilmente sin necesidad de desarmarla
- Válvula de seguridad de presión ajustable con capacidad de purga lenta. Permite liberar la presión lentamente a un ritmo controlado.
- Conectores de ajuste rápido, uno para el módulo de presión Fluke serie 700 y otro para conectarlo a una unidad bajo prueba.
- Diseño extrafino, fácil de usar y de transportar

Descripción general del producto: Bomba de prueba de baja presión Fluke 700LTP-1

La bomba Fluke 700LTP-1 es una bomba de presión manual diseñada para generar vacío a -13 psi/-0.90 bar o presión a 100 psi/6.9 bar. La bomba Fluke 700LTP-1 tiene dos aberturas de presión con conectores de ajuste rápido. Las mangueras de prueba terminan en accesorios con rosca paralela hembra de 1/4-NPT, que se puede adaptar usando los accesorios BSP/ISO.

Solo se puede usar con los módulos de presión de la serie 700 y los calibradores de la serie 717. Ideal para aplicaciones de baja presión que requieren una comprobación exacta a baja presión.

Especificaciones: Bomba de prueba de baja presión Fluke 700LTP-1

Especificaciones mecánicas y generales

Tamaño (Alt. × Anch. × Prof.)	5.9 x 4 x 1.25 in (150 x 100 x 32 mm)
Peso	226 g o 0.5 lbs. (solo bombas)
Garantía	Un año
Material	Materiales expuestos: aluminio, silicio, neopreno, acero inoxidable y buna-N

Modelos



700LTP-1

Bomba de prueba de baja presión

- (2) adapters to convert the reference and UUT port hose fitting to 1/4" BSP female
- One seal kit
- Instruction sheet in English

Fluke. *Manteniendo su mundo en marcha.*

Fluke Corporation
Everett, WA 98206 EE.UU.

Para obtener información adicional En EE. UU.
(800) 443-5853

En Europa/Medio Oriente/África
+31 (0)40 267 5100

En Canadá (800)-36-FLUKE
www.fluke.com

Latin America
Tel: +1 (425) 446-5500
www.fluke.com/es-co

©2025 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso.
02/2025

No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.